
LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL No. 32065001-036-2025
SUMINISTRO DE AMBULANCIA PARA EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE PREVENCIÓN Y FORMACIÓN INTERDISCIPLINARIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL ESTADO

Acta circunstanciada en la que se hace constar el acto de Junta de Aclaraciones celebrado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, en la licitación pública regional número **32065001-036-2025**, correspondiente al **SUMINISTRO DE AMBULANCIA PARA EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE PREVENCIÓN Y FORMACIÓN INTERDISCIPLINARIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL ESTADO**.

En la Ciudad de Mexicali Baja California, siendo las 11:12 horas del día **23 de mayo de 2025**, fecha señalada en las bases de licitación, para que tenga verificativo el acto de junta de aclaraciones, en las oficinas que ocupa la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno ubicada en el tercer piso del edificio del Poder Ejecutivo del Estado, en Calzada Independencia número 994, del Centro Cívico de esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 fracción I en relación directa con el 4 fracción I, 21 fracción I, 24 fracción I y 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California (en adelante "La Ley de Adquisiciones") y 32 de su Reglamento; de acuerdo a lo asentado en los numerales 5 y 8.1 de las bases de licitación, el C. LINO FERNANDO LIMÓN FÉLIX Jefe del departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, preside el acto, en suplencia del titular de la Oficialía Mayor de Gobierno y presidente del Comité, según lo dispuesto en el inciso C) del último párrafo del artículo 13 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones; y previo pase de lista de asistencia verifica que se cuenta con quórum legal por parte de los integrantes del Comité cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al calce del presente documento y de los cuales en su caso, se cuenta con oficios de designación, mismos que se encuentran a disposición de los licitantes para su consulta, en las oficinas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno en el domicilio antes citado.

En uso de la voz el **C. LINO FERNANDO LIMÓN FÉLIX**, comunicó a los presentes que se publicó la Convocatoria número **32065001-036-2025** referente al **SUMINISTRO DE AMBULANCIA PARA EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE PREVENCIÓN Y FORMACIÓN INTERDISCIPLINARIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL ESTADO**, en el Periódico Oficial del Estado, en un diario de circulación estatal y en la Plataforma Integral de Adquisiciones de Baja California (PIABC), el día **16 de mayo de 2025**, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los interesados las bases que rigen el procedimiento a efecto de que se impusieran de su contenido y en su caso participaran en el procedimiento en términos de lo ordenado por la Ley de Adquisiciones, este procedimiento es financiado con recurso estatal en la partida 54101 y autorizado para el ejercicio fiscal 2025.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 30 de la Ley de Adquisiciones y 32 de su Reglamento se procede a dar lectura a las modificaciones realizadas por la convocante a las bases de licitación en los siguientes términos:

MODIFICACIÓN NO. 1

Se agrega al numeral 4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS requeridas de los bienes a suministrar, lo referente al rotulado exterior que se requiere para el bien solicitado, para quedar de la siguiente manera:

PARTIDA 1
AMBULANCIA DE TRASLADO CANTIDAD: 1

MARCA Y MODELO DE REFERENCIA: FORD VAN TRANSIT 2025

- Combustible Gasolina
- Cilindrada 3,500 CM3 3.5L
- Potencia 271 HP Y 260 LB-PIE
- Torque 271 HP Y 260 LB-PIE
- Cilindros v6
- Válvulas
- Alimentación inyección electrónica multipunto
- Transmisión y Chasis automática de 10 velocidades
- Transmisión automática 10 velocidades
- Frenos (Del. - Tras.) Discos ventilados - discos sólidos
- Neumáticos Rin de acero de 16" (llantas LT 235 /65 R16 BSW, incluyendo llanta de refacción)
- Suspensión delantera Independiente tipo McPherson y barra estabilizadora
- Suspensión trasera Suspensión trasera rígida
- Dirección hidráulica asistida
- Medidas y Capacidades
- Largo 5982 mm
- Ancho sin espejos 2065 mm
- Ancho con espejos 2474 mm
- Alto 2573 mm
- Distancia entre ejes 3749 mm

Ambulancia mediana techo alto, PBV 4309 kg., volumen de carga 10.1 m3 motor 271 HP con motor 3.5L V6 de 3,500 cm3 cuenta con transmisión automática de 10 velocidades con Torqshift, combustible gasolina, arranque sin llave, climatización automática, doble batería 12V/70 Ah, luces de LED en el interior, cinturones de seguridad, faros de LED de alto desempeño, luces traseras de LED, cámara de reversa, eficiencia en la conducción, sistema wet wiper, volante multifunción, puerta derecha corrediza con ventanilla, puertas traseras de apertura de 270o con ventanillas, dirección eléctrica, faros con activación automática de luces altas, sensor de presión de neumáticos, luz de freno adaptativa, airbag para el conductor, ayuda al arranque en pendientes.

Características de la conversión:

La conversión incluye:

- Luces Whelen LED última generación.
- Sistema multiplexado de control.
- Pasamanos de acero inoxidable
- pintado con pintura antimicrobial.
- Aspirador de flemas fijo Scor
- Piso tipo Linóleo de alto trafico
- antimicrobial.
- Porta sueros doble de aluminio y uno
- sencillo de aluminio.

La conversión cumple con las especificaciones:

- - NFPA 1917
- - CAAS GVS-2015
- - SAE J3027

Lado del Pasajero: Almacenamiento para tablas de columna, espacio para almacenamiento de recipiente para objetos biopeligrosos, dos colchones de hule recubiertos en vinil removibles sujetos a la pared por medios mecánicos, de la misma manera dos asientos de banca lateral cubiertas con Las características de la conversión:

Carrocería:

1. DISEÑO ESTRUCTURAL. Refuerzos: Refuerzos en lámina de acero galvanizada, para paredes y toldo unidos mecánicamente con pijas, además de refuerzos en lámina negra para piso unido con soldadura tipo MIG, dándole fuerza y rigidez.

2. DISEÑO EXTERIOR. Ventana: Dos medallones uno por cada puerta trasera, y una ventana corrediza en la puerta lateral derecha de la unidad, 100% sellados en toda la ceja exterior para evitar filtración de líquidos.

Piso: con terminado en superficie con círculos en relieve decorativo anti derrapante color gris.

Paquete CAAS/NFPA

Piso del paciente: Madera Birch Veneer grado marino resistente a la humedad finamente pulido y resanado a lo largo y ancho del área del paciente.

Asientos:

Asientos del área de paciente con cinturones de seguridad de 2 puntos; tapicería de alta calidad grado automotriz, esponja de alta resistencia de grado automotriz.

Compartimentos:

Almacenamiento de tablas dorsales, almacenamiento para tanque de oxígeno compartimentos de línea, Área de acción iluminada con LED, puertas de gabinetes de madera vestidas con aluminio y cerrojos de aluminio, laminado de los gabinetes, los compartimentos de almacenamiento de equipo cuentan con tapa de policarbonato color gris oscuro, las áreas para mochilas y aparatos cuentan con cinturones de grado automotriz, puerta opcional en la partición de la mampara.

Eléctrico:

Tomas 125vac, una en el área de acción con protección GFI. Un interruptor principal en el tablero del operador ubicado sobre consola de motor, sistema controlado por un sistema tipo Can-Bus tanto para las luces de emergencia como para las funciones de la conversión, precableado para inversor, todo el cableado de los arneses es de grado automotriz, codificados por color.

Sistemas de emergencia:

Sirena electrónica Whelen de 200W, doble bocina de 100W, luces de emergencia perimetrales de LED de última generación marca Whelen, luces de domo de LED Whelen de doble intensidad.

Sistema de control de clima:

Aire acondicionado y calefacción alimentado directamente al área, alimentado desde el compresor original del vehículo por medio de tomas adaptadoras, aislamiento de alto valor refractivo por medio de placas de polietileno tipo burbuja cubierta en ambas caras por aluminio 99.9% puro, mismo que es mucho más eficiente que 6" del aislamiento tradicional.

Pintura:

Color Blanco

Cumple con las normas:

Norma Oficial Mexicana NOM-237-SSA1-2004, Regulación de los servicios de salud. Atención pre hospitalaria de las urgencias médicas.

INTERIOR



Amplio interior con suficiente almacenamiento para equipo



Control de funciones ergonomico que no obstruye los sistemas de seguridad del vehiculo



Area de accion del paramedico diseñado para funcion optima



Interior optimizado para la operacion con cualquier sistema de camilla.



Rótulo exterior requerido:

- Imagen "911"
- Palabra AMBULANCIA
- Imagen "Escudo de la SSC"
- Imagen "Escudo del IEPFI"

Las imágenes antes indicadas le serán proporcionadas al licitante adjudicado.

A continuación, se procede a dar respuesta a los cuestionarios presentados con anterioridad al acto, por parte de los licitantes, en los siguientes términos:

LICITANTE: AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV// FORD MEXICALI

PREGUNTA 1. EN EL PUNTO 4.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, EN EL TEMA SOLO DE LA UNIDAD, NOS PERMITE LA DEPENDENCIA PARTICIPAR CON UNIDAD FORD TRANSIT GASOLINA MODELO 2025 COLOR BLANCO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, FAVOR DE ACEPTAR:

MOTOR 3.5L V6 CON 271 HP Y 260 LB-PIE DE TORQUE, 6 CILINDROS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 10 VELOCIDADES SON TORQSHIFT, DIRECCION HIDRAULICA ASISTIDA, COMBUSTIBLE A GASOLINA, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE MCPHERSON, CON BARRA ESTABILIZADORA Y AMORTIGUADORES, SUSPENSIÓN TRASERA EJE RÍGIDO CON MUELLES Y AMORTIGUADORES DE TRABAJO PESADO, RADIO AM / FM / USB DUAL / AUX / BLUETOOTH® CON 4 BOCINAS, ASISTENCIA DE PRE-COLISIÓN CON FRENO DE EMERGENCIA AUTOMÁTICO (CON DETECCIÓN DE PEATONES), TRACCIÓN TRASERA CON DIFERENCIAL LIMITADO, FRENOS DE DISCO DELANTEROS VENTILADOS Y TRASEROS DE DISCO SOLIDO CON ASISTENCIA ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBA), ASISTENCIA ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBA), DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD), FRENOS DE DISCO CON ABS, SEGUROS ELÉCTRICOS CON CERRADO AUTOMÁTICO, 4 BOLSAS DE AIRE (FRONTALES Y TIPO CORTINA) PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, FAROS DE HALÓGENO, APERTURA DE PUERTAS TRASERAS A 180°, SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS), FAROS CON ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA DE LUCES ALTAS, VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD, CONTROL DE TRACCIÓN AVANZADA (ADVANCETRAC®) CON CONTROL ANTI VOLCADURA (RSC®), LONGITUD 5,982MM, ANCHO SIN ESPEJOS 2065MM, ANCHO CON ESPEJOS 2474MM, ALTO 2574MM, DISTANCIA ENTRE EJES 3,749MM, AIRE ACONDICIONADO, NEUMATICOS RIN DE ACERO DE 16" (LLANTAS LT 235/65R16 BSW, INCLUYENDO LLANTA DE REFACCION, GARANTÍA DE 3 AÑOS Ó 60,000 KMS LO QUE OCURRA PRIMERO, ACLARANDO QUE LA CONVERSION PARA AMBULANCIA SERA CON ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, FAVOR DE ACEPTAR?

RESPUESTA: se acepta su propuesta.

PREGUNTA 2. EN EL PUNTO 4.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, EN LA CONVERSION, NOS PERMITE LA DEPENDENCIA QUE LA UNIDAD A OFERTAR TENGA SOLO FAROS DE HALOGENO, APERTURA DE PUERTAS TRASERAS 180 GRADOS, FAVOR DE ACEPTAR

RESPUESTA: se acepta su propuesta.

PREGUNTA 3. EN EL PUNTO 4.3 PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA, NOS PUEDE LA DEPENDENCIA AMPLIAR PLAZO DE ENTREGA A 45 DIAS, LO ANTERIOR DEBIDO A LOS PLAZOS EN LOS QUE LLEGA EL CHASIS Y LO QUE TARDA EL CONVERTIDOR EN LA UNIDAD, FAVOR DE ACEPTAR

RESPUESTA: Se acepta su propuesta aclarando que son 45 días naturales contados a partir de la fecha de la emisión del pedido correspondiente.

PREGUNTA 4. ¿NOS PUEDE LA DEPENDENCIA INFORMAR SI LA UNIDAD SOLICITADA, ¿LLEVARA ALGUN TIPO DE ROTULADO EXTERIOR, FAVOR DE ACLARARNOS ESTE PUNTO?

RESPUESTA: es correcta su apreciación por lo que deberá apegarse a la modificación número uno de esta acta.

LICITANTE: MJ INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1. En cuanto a las especificaciones técnicas; solicitamos a la convocante nos permita ofertar luces de otra marca, ya que las que se solicitan en bases son de una marca específica distribuida por el fabricante, lo anterior para evitar limitar la libre participación.

Favor de aceptar.

RESPUESTA: se acepta su propuesta siempre y cuando cumpla con las características solicitadas.

PREGUNTA 2. Especificaciones técnicas, normas solicitadas CAAS GVS 2015 SAE J3027; solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar las certificaciones correspondientes a la fabricación de ambulancias siguientes:

ISO 9001: 2015 con alcances en la fabricación de ambulancias y vehículos de emergencia

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO NOM-034-SSA3-2013

CERTIFICACION DE VALIDACION NORMATIVA KKK-A-1822F

CERTIFICADO DE VALIDACION NORMATIVA NFPA1917

Favor de aceptar.

RESPUESTA: no se acepta su propuesta se aceptan las normas NFPA 1917, CAAS GVS-2015 y SAE J3027

PREGUNTA 3. Especificaciones técnicas, piso; solicitamos se nos permita ofertar un piso con las siguientes características:

PISO DE LA CABINA DE PACIENTES un piso en madera de Triplay de pino de 12 mm de espesor entre chapado cubierto de resina fenólica con tratamiento antihumedad, recubierto recubierto de poliuretano elastómero espreado, anti deslizante, grado hospitalario con agentes anti bacteriostáticos, resistencia al agua y algunas sustancias químicas, retardante al fuego cumpliendo con las normas de fuego y humo NFPA, colocado de una sola pieza en toda el área de pacientes, sin costuras, antiderrapante, y resistente a solventes, lavable, haciendo un zoclo que se eleve sobre las paredes de los muebles con un mínimo 7cms. Para evitar la penetración de líquidos por debajo de los muebles. Este zoclo deberá estar rematado con molduras de aluminio selladas con silicón anti hongos sin filos cortantes en los remates. Especificación sustentada con los certificados de validación mencionados en la pregunta anterior.

Lo anterior para no limitar la libre participación en este procedimiento, favor de aceptar.

RESPUESTA: no se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo establecido en las bases de licitación.

PREGUNTA 4. Con relación a las especificaciones técnicas, eléctrico; Solicitamos a la convocante nos permita ofertar una sirena de las mismas características, pero de otra marca ya que la que solicitan corresponde a un distribuidor y fabricante específico y limita nuestra participación.

RESPUESTA: se acepta su propuesta siempre y cuando cumpla con las características solicitadas.

LICITANTE: COMERCIALIZADORA DEL VALLE

PREGUNTA 1. Indican que la conversión incluya luces marca Whelen, ¿podríamos ofertar marcas diferentes?

RESPUESTA: se acepta su propuesta siempre y cuando cumpla con las características solicitadas.

PREGUNTA 2. Solicitan sistema multiplexado de control, pedimos poder ofertar sistema eléctrico a través de relevadores y fusibles automotrices, ¿es aceptado?

RESPUESTA: no se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo establecido en las bases de licitación.

PREGUNTA 3. Piden un pasamanos de acero inoxidable pintado con pintura antimicrobial, pedimos poder ofertarlo en acero inoxidable natural, ya que con este terminado tiene propiedades antimicrobianas, ¿es aceptado?

RESPUESTA: no se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo establecido en las bases de licitación.

PREGUNTA 4. Piden un sistema de aspirador de flemas fijo scor, esta es una marca en específico, solicitamos poder ofertar marcas diferentes.

RESPUESTA: se acepta su propuesta siempre y cuando cumpla con las características solicitadas.

PREGUNTA 5. Piden un diseño exclusivo de un fabricante, solicitamos poder ofertar conforme al diseño de cada fabricante. ¿es aceptado?

RESPUESTA: no se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo establecido en las bases de licitación.

A continuación se concede el uso de la voz a los licitantes presentes a efecto de que formulen los cuestionamientos que consideren pertinentes sobre el contenido de las bases de licitación haciéndose constar que los mismos manifestaron no tener ningún cuestionamiento que formular.




De conformidad con los artículos 32 fracción I de la Ley de Adquisiciones y 35 fracción I de su reglamento, se realizará el **acto de presentación y apertura de proposiciones en su primera etapa** el día **29 de mayo de 2025 a las 10:30 horas**, en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, sita en el tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo en Calzada Independencia número 994, del Centro Cívico de esta Ciudad, por lo que se cita a los integrantes del Comité para dicho acto, que sirva la presente como notificación para los licitantes participantes en esta licitación

Se hace saber a los presentes que este acto puede ser impugnado en términos de las disposiciones del artículo 66 de la Ley de Adquisiciones ante la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública.

No habiendo nada más que hacer constar se cierra la presente a la 11:24 horas de la fecha de su inicio firmando para constancia los que en ella intervinieron.

Notifíquese en términos de lo ordenado por el artículo 30 de la "Ley de Adquisiciones" para que se surtan los efectos legales que le son inherentes.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESIDENTE  C. LINO FERNANDO LIMÓN FÉLIX JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVITACIONES Y LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO EN SUPLENIA DEL OFICIAL MAYOR SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO C) DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	VOCAL  C. EMIR SAAMMAN GALLEGOS LÓPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EN REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO D) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
VOCAL  C. NATALY NUÑEZ VALENCIA ANALISTA DE PROYECTOS EN SUPLENIA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	VOCAL  C. CARLOS FIGUEROA ABOYTIA AUXILIAR DE SERVICIOS EN SUPLENIA DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO E) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
REPRESENTANTE ÁREA JURÍDICA  C. SILVIA VIANEY ÁVILA DURAZO ANALISTA JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS EN REPRESENTACIÓN DEL ÁREA JURÍDICA DE OFICIALÍA MAYOR SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN I, APARTADO DE LOS INTEGRANTES CON DERECHO A VOZ ÚNICAMENTE, DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	REPRESENTANTE CONTRALORÍA  C. DIANA FLORES ROCHA ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SSC EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y LA FUNCIÓN PÚBLICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN I, APARTADO DE LOS INTEGRANTES CON DERECHO A VOZ ÚNICAMENTE, DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Por parte de los licitantes:

LICITANTE (EMPRESA)	OMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
<i>mj industrial s de cv</i>	<i>Sergio Aramburo Fimbres</i>	<i>[Signature]</i>

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL No. 32065001-036-2025

SUMINISTRO DE AMBULANCIA PARA EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE PREVENCIÓN Y FORMACIÓN INTERDISCIPLINARIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL ESTADO

JUNTA DE ACLARACIONES

LISTA DE ASISTENCIA DE PROVEEDORES

	Nombre de la empresa	Nombre completo del representante	RFC	Firma
1	mf industrial s de ca	Sergio aramburo Fimbres	ming70312PC9	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

DENISSE GONZÁLEZ

23 DE MAYO DE 2025
11:00 HORAS

Los datos personales que sean recabados en el presente acto tienen las siguientes finalidades: A) Verificar y confirmar la identidad, así como la autenticidad de la información que se proporcione. B) La elaboración de actas derivadas del presente acto e integración en el expediente de contratación respectivo. C) Difusión del procedimiento en los sistemas electrónicos, PIABC, Comprasmx y YouTube. En todo momento el titular de los datos personales o su representante, podrán solicitar y ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer Piso del Poder Ejecutivo del Estado, con domicilio en Calzada Independencia, Número 994 Centro Cívico, Código Postal 21000, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, con teléfono de contacto: 686-558-10-00 ext. 1351; a través de la Plataforma Nacional de Transparencia mediante el Sistema SISAI 2.0 <http://www.plataformadetransparencia.org.mx/>; o bien, en el correo transparencia.om@baja.gob.mx.


GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL No. 32065001-036-2025

SUMINISTRO DE AMBULANCIA PARA EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE PREVENCIÓN Y FORMACIÓN INTERDISCIPLINARIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL ESTADO

JUNTA DE ACLARACIONES

LISTA DE ASISTENCIA DE INTEGRANTES DEL COMITÉ

NOMBRE	CARGO Y DEPENDENCIA	RFC	FIRMA
Lino Feb Limón Félix	Dir. de Intituciones y Licitaciones ON	LIFL741035F03	
Nataly Nunez V.	Analista de proyectos de las HTE	NVANK00517	
Diana Flores Rodru	TOIC SSC SATFC	FEORD700101	
Emir Saamman Gallegos Lopez	Jefe del Dpto. Rec.Mat.de la SSC	GALC850207305	
Carlos Tiguera Aporita	Asp de Recursos	JAC691213914	
Silvia Viquez Avila Durazo	Analista Juridico Dirección Normatividad	AUDS010803159	

DENISSE GONZÁLEZ

23 DE MAYO DE 2025
 11:00 HORAS

Los datos personales que sean recabados en el presente acto tienen las siguientes finalidades: A) Verificar y confirmar la identidad, así como la autenticidad de la información que se proporcione. B) La elaboración de actas derivadas del presente acto e integración en el expediente de contratación respectivo. C) Difusión del procedimiento en los sistemas electrónicos, PIABC, ComprasMX y YouTube. En todo momento el titular de los datos personales o su representante, podrán solicitar y ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer Piso del Poder Ejecutivo del Estado, con domicilio en Calzada Independencia, Número 994, Centro Cívico, Código Postal 21000, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, con teléfono de contacto: 686-558-10-00 ext. 1351; a través de la Plataforma Nacional de Transparencia mediante el Sistema SISA 2.0 <http://www.plataformadetransparencia.org.mx/>; o bien, en el correo transparencia.om@baja.gob.mx.